VOUS AVEZ UNE NUTRITION ENTERALE PAR POMPE (KANGAROO 324)

PREPARATION DU MATERIEL :

- **Installez-vous dans un endroit calme,**
- **Nettoyez la table ou le plan de travail avec une éponge propre et javellisée. Sécher.**
- **Rassemblez votre matériel sur un torchon propre :**
  - **. le nutriment (en poche ou en flacon),**
  - **. un verre rempli d'eau (de préférence eau de bouteille),**
  - **. une seringue,**
  - **. une tubulure,**
  - **. la pince à clamper,**
  - **. des compresses,**
  - **. un désinfectant (de type Hibidil).**
- **Vérifiez que votre pompe est bien branchée sur secteur.**

MISE EN ROUTE DE LA NUTRITION :

- **Lavez-vous les mains soigneusement au savon, rincez-les et séchez-les avec de l'essuie-tout.**
- **Injectez doucement une seringue d'eau dans votre sonde.**
- **Ouvrez délicatement, sans le déchirer, l'emballage de la tubulure.**
- **Posez la tubulure sur le torchon.**
- **Vérifiez que l'embout conique (côté sonde) est correctement vissé à la tubulure.**
- **Clampez la tubulure en abaissant la molette à fond.**
- **Branchez la tubulure sur la poche ou sur le flacon.**
- **Accrochez le nutriment au pied à sérum.**
- **Purgez la tubulure entièrement pour chasser l'air.**
- **Glissez la chambre de compte-gouttes de la tubulure dans le logement de la pompe prévu à cet effet.**
- **Placez la partie souple et élastique de la tubulure autour du rotor.**
- **Placez la bague de retenue dans son logement.**
- **Placez la tubulure dans son guide et verrouillez avec la languette.**
- **Déclampez la tubulure.**
- **Allumez la pompe en appuyant sur le bouton bleu.**
- **L'écran de la pompe affiche 888.**
- **Réglez le débit à l'aide des touches « flèches » (attention : pour des raisons de sécurité, le débit maximal permis par la pompe est de 300 ml par heure).**
- **Réglez le volume de nutriment à passer , en appuyant sur la touche « Dose » puis avec les touches « flèches »**
- **Désinfectez l'embout de votre sonde avec une compresse imbibée de désinfectant.**
- **Adaptez la tubulure à votre sonde.**
- **Appuyez sur la touche P. : l'alimentation commence.**

EN FIN D'ALIMENTATION :

- **La pompe sonne et affiche DEL DOSE.**
- **Appuyer sur la touche « P ». Remettre la pompe à zéro en appuyant sur la touche Σml, puis sur la touche Σml barrée**
- **Eteignez la pompe en appuyant sur la touche grise.**
- **Clampez la tubulure.**
- **Clampez votre sonde avec la pince.**
- **Débranchez la tubulure de votre sonde.**
- **Après avoir oté la pince, rincer votre sonde avec deux seringues d'eau.**
- **Fermez votre sonde.**

NB : En fin d'alimentation, si la dose enregistrée n'a pas été totalement administrée, mettre la pompe sur pause (touche P).
Appuyez sur la touche Σml pour connaître la dose qui a réellement été administrée.
Appuyez sur la touche dose (réglage du volume à administrer), et modifier le paramètre enregistré avec les flèches « haut-bas », afin que le paramètre « volume *à administrer* »soit égal au paramètre « volume reçu »(= touche Σml).

IMPORTANT !!!!!

- **Changez votre tubulure une fois par jour.**
- **Entre chaque prise de nutriments durant la journée, la tubulure sera entretenue conformément à ce que l'on vous a indiqué à l'hôpital.**
- **Respecter scrupuleusement votre ordonnance (quantité de nutriments et d'eau, horaires, débit).**
- **Ne jamais administrer de médicaments pendant la prise de Nutriments.**
- **Rincez systématiquement votre sonde avant et après l'administration de nutriments ou de médicaments avec deux seringues d'eau.**