Mode d'Emploi de l'Aspirateur "Spiradion"

Locapharm

Aspiration Médicale Trachéo-Bronchique

L'aspiration médicale est un élément indispensable à une bonne oxygénation des poumons et sert à éliminer :

- Pus
- Sang
- Secrétions
- Aliments
- Tout liquide encombrant le pharynx et les voies aériennes.

INDICATIONS :

- Obstruction des voies aériennes,
- Trachéotomie

MATÉRIEL D'EQUIPEMENT :

- 2 bocaux de recueil en verre équipés de bouchons étanches, (1 bocal est équipé d'un dispositif de sécurité - valve anti-reflux - empêchant le passage des fluides recueillis vers la source de vide lorsque le récipient est plein),
- Des tubulures en silicone stérilisables dans l'eau bouillante,
- Un raccord biconique de liaison,
- [illegible] stérile de différents calibres à changer chaque jour.

Mode d'Emploi de l'Aspirateur "SPIRADION"

PORTABLE



STANDARD



1 - Brancher le cordon d'alimentation dans l'embrase 1 de l'appareil,

2 - Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant,

3 - Mettre en service l'appareil par l'interrupteur 2,

4 - Adapter la sonde adéquate au tuyau 5, avec le raccord de liaison.

5 - Remplir le bocal 8 de 2 cm d'une solution de Dakin dilué dans l'eau,

6 - Pincer le tuyau que vous avez relié à la sonde et règler la dépression par le bouton 3. La lecture de la dépression se fait par le vacuomètre 4,

7 - Aspirer. L'aspiration se pratique en remontant la sonde introduite au préalable,

8 - Le bocal 6 est muni d'une sécurité : un bouchon piège 7 coupant l'aspiration lorsque le liquide aspiré atteint un certain niveau,

9 - Changer régulièrement le feutre du filtre 9 et veiller à ce que la grille et le joint en caoutchouc soient bien à l'intérieur du couvercle du filtre,

10 - Tenir les bocaux 6 et 8, le bouchon 7 et les tuyaux en parfait état de propreté.

11 - Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide après avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise de courant.

NB : A chaque fin de séance, bien rincer la sonde et la tubulure à l'eau bouillie par aspiration et vider le flacon 8.