pfmmedical
Quality and Experience

TUORen
› Notice de remplissage et purge

france@pfmmedical.com

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi



Sortir le diffuseur de son sachet.



Fermer le clamp.



Retirer le capuchon de l'orifice de remplissage.

Fixer le dispositif de remplissage.



Remplir le diffuseur avec 10 ml de diluant.



Enlever le capuchon situé à l'extrémité de la tubulure.



Ouvrir le clamp pour démarrer la purge.



Le liquide commencera à s'écouler et remplira la tubulure.



Fermer le clamp une fois la purge terminée.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi



Revisser le capuchon situé à l'extrémité.



Remplir avec le volume restant.



Retirer le dispositif de remplissage.



Revisser le capuchon.

Apposer les étiquettes.

Contact

Pour toute question, notre service clients est à votre écoute.

cscfrance@pfmmedical.com
+33 (0) 5 56 02 77 35
+33 (0) 5 56 02 97 93

pfm medical france
6 rue Joule - Tourmaline 2
33700 Mérignac, France

Certification :
DIN EN ISO 13485

Fabricant :
Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd., Weiyuan Industrial Zone, Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, China, CE 0123
Représentant Européen :
Well Kang Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland

pfmmedical