## smiths medical

cadd<sup>°</sup>



Pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>- Solis VIP Mode Continu

## **PROGRAMMATION NOUVEAU PATIENT**

		$\frown$
		Tâches
arrêt/marche	sélect	Dose bolus
$\overline{}$		

Tâches App. s/ sélect pr comm.		
Paramètres d'affichage et de son		
Modifier heure et date		
Voir les rapports		
Voir les tâches avancées		
Retour 🔺		

Tâches avancées App. s/ sélect pr comm.		
Param. d'occlusions et détect. d'air		
Paramètres d'alarmes		
Paramètres de sécurité		
Lancer prot. nouveau patient		
Retour 🔶		

100 mL 🚺 À l'ar	rêt 📳 🔛	
	10:28 AM 🚽	
Sélect. Traitement App. s/ sélect pr choisir		
PCA		
Continu		
Intermittent		
Paliers variables		
Retour 🤝	Valider	



- 1. Pour démarrer la programmation, appuyer sur le bouton Tâches.
- 2. Avec 🔽 sélectionner Voir les tâches avancées + (select).
- 3. Avec 💟 , sélectionner Lancer prot. nouveau patient + (select).
- 4. Entrer le code de sécurité ▼ ou ▲+ select.
- Avec ou , sélectionner Continu + select.
  Sélectionner [Progr. manuel] ou un protocole existant + select.
  Si protocole, sélectionner le nom de la molécule + select.
- 6. Sélectionner **Oui** pour confirmer le choix. Sélectionner **Revoir** pour voir les paramètres de la pompe.
- 7. Ensuite, ajuster chaque paramètre de programmation. Sélectionner un paramètre + **select** puis ♥ ou ▲ et enfin Confirmer.
- Vérifier que chaque paramètre est validé. Le symbole 
   apparaît sur la gauche + Suivant.
- 9. Retirer la pince bleue et connecter la tubulure. Suivre les instructions de la pompe jusqu'au démarrage.
- 10. Démarrer la pompe.



## Changement de consommable

Même volume à perfuser, même programmation



1. Allumer la pompe.



- 2. Retirer la pince bleue puis fixer le consommable à la pompe.
- La pompe demande Purger la tubulure?
  Sélectionner Oui pour purger la tubulure. Sélectionner Non si la tubulure a été purgée manuellement.
- 4. La pompe demande Réinitialiser volume résiduel à XXmL? Sélectionner Oui pour confirmer.
- 5. Entrer le code de sécurité avec ▼ ou ▲ + select si besoin.
- 6. Suivre les instructions pour purger la tubulure.
- 7. Démarrer la pompe.

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical ASD, Inc. Minneapolis, MN 55442, USA Phone : +1-614-210-7300 www.smiths-medical.com Smiths Medical France 3, rue du Pont des Halles 94656 RUNGIS Cedex Tél: +33 (0)1 58 42 50 00 Email: france@smiths-medical.com **EC Authorized Representative** Smiths Medical International Ltd. TN25 4BF, UK Phone: +44 (0) 1233 722100 MPAUCA-1642

smiths medical

Find your local contact information at: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical appartient à Smiths Group pLc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Veuillez vous reporter au mode d'emploi/manuel de l'opérateur pour obtenir une liste complète des indications, contre-indications, avertissements et mises en garde. CADD et le logo Smiths Medical sont des marques commerciale de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs. Les produits référencés sont marqués CE. ©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193590FR-012018