PARI BOY SX
PARI JuniorBOY SX
PARI TurboBOY SX

Typ 085



©2017 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 085D3007-B 08/17

CE 0123

Notice d'utilisation

Version des informations : Avril 2017. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et optiques et d'erreurs d'impression. Figures similaires.

REMARQUES IMPORTANTES 5
Généralités 5
Informations à propos de la notice d'utilisation 5
Conception des consignes de sécurité 5
Maniement du compresseur 6
Thérapie des bébés, enfants et personnes dépendantes 7

DESCRIPTION DU PRODUIT 8
Étendue de livraison 8
Affectation 8
Utilisation conforme 8
Contre-indications 9
Variantes et combinaisons du produit 9
Éléments fonctionnels 10
Durée de vie 10

MISE EN SERVICE 11
Installation du compresseur 11
Préparation de la thérapie 13
Réalisation de la thérapie 15
Fin de la thérapie 17

MAINTENANCE 17
Nettoyage 17
Remplacement des filtres 18
Réparation 19
Rangement 19

RECHERCHE DES PANNES 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 21
Données générales du compresseur 21
Classification selon DIN EN 60601-1 21
Remarques à propos de la compatibilité électromagnétique 22
Conditions ambiantes 22

DIVERS 23
Élimination 23
Conditions de garantie 24
Signification des symboles 25
Contact 26

1 REMARQUES IMPORTANTES

1.1 Généralités

Lisez complètement cette notice d'utilisation. Conservez-la soigneusement afin de pouvoir la relire ultérieurement. En cas de non-respect de la notice d'utilisation, il est impossible d'exclure tout dommage corporel ou matériel sur le produit.

Respectez en outre la notice d'utilisation du nébuliseur et de l'accessoire utilisés.

1.2 Informations à propos de la notice d'utilisation

En cas de perte, vous pouvez commander des notices d'utilisation à la société PARI GmbH [voir : Contact, page 26]. Pour certains produits, les notices d'utilisation peuvent également être téléchargées en allemand et en anglais sur Internet : www.pari.com (sur la page correspondante du produit).

1.3 Conception des consignes de sécurité

Les avertissements de sécurité sont classifiés dans cette notice d'utilisation selon différents niveaux de danger :

– Le mot AVERTISSEMENT caractérise des dangers qui peuvent entraîner en l'absence de mesures de précaution de graves blessures, voire la mort.
– Le mot ATTENTION caractérise des dangers qui peuvent entraîner, en l'absence de mesures de précaution, des blessures légères à moyennes ou des gênes au niveau de la thérapie.
– Le mot REMARQUE caractérise des mesures de précaution générales qui doivent être respectées lors du maniement du produit afin d'éviter des dommages sur le produit.

1.4 Maniement du compresseur

Le compresseur est un appareil électrique qui fonctionne avec la tension du secteur. Il est conçu de sorte que les pièces conductrices de courant ne sont pas accessibles. En cas de conditions ambiantes non adéquates ou d'un endommagement du compresseur ou du câble secteur, cette protection peut toutefois être shuntée. Respectez en conséquence les remarques suivantes afin d'éviter un défaut de l'appareil et les dangers associés en raison d'un contact avec des pièces conductrices de courant (décharge électrique par ex.) :

- Le compresseur n'est pas protégé contre les projections d'eau. Protégez l'appareil et le câble secteur de l'humidité et des liquides. Ne saisissez jamais l'appareil, le câble secteur ou le connecteur secteur avec des mains humides. De plus, l'appareil ne doit pas fonctionner dans un environnement humide.
- Utilisez uniquement le câble secteur PARI pour faire fonctionner le compresseur.
- Assurez-vous que la tension locale du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique du compresseur.
- Ne laissez jamais le compresseur sans surveillance pendant le fonctionnement.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours dans les circonstances suivantes le connecteur secteur de la prise de courant :
  - en cas de panne au cours du fonctionnement,
  - avant chaque nettoyage et entretien,
  - après utilisation.
- Débranchez toujours le câble secteur en saisissant le connecteur secteur et non en tirant le câble hors de la prise.
- Veillez à ce que le câble secteur ne soit jamais plié, coincé ni comprimé. Ne passez pas le câble secteur sur des arêtes vives.

– Tenez le compresseur et le câble secteur à l'écart de surfaces chaudes (par ex. plaque chauffante, radiateur, flammes nues). Le boîtier du compresseur ou l'isolation du câble secteur pourrait être endommagé(e).
– Tenez le câble secteur éloigné des animaux domestiques (par ex. rongeurs). Ces derniers pourraient endommager l'isolation du câble secteur.
– Le compresseur ne doit pas être mis en service ou le connecteur secteur doit être immédiatement débranché de la prise lorsque le compresseur ou le câble secteur est endommagé ou lorsqu'un dysfonctionnement est suspecté après une chute par ex.

1.5 Thérapie des bébés, enfants et personnes dépendantes

Les bébés, les enfants et les personnes dépendantes ne doivent effectuer les inhalations que sous la surveillance permanente d'un adulte. C'est indispensable pour garantir une thérapie sûre et efficace. Ces personnes mésestiment souvent les dangers (par ex. strangulation avec le câble secteur ou le tuyau de raccordement), ce qui peut entraîner un risque de blessure.

Le produit contient de petites pièces. Les petites pièces peuvent bloquer les voies respiratoires et entraîner un risque d'asphyxie. Veillez à toujours garder le compresseur, le nébuliseur et les accessoires hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

L'appareil et le tuyau de raccordement peuvent devenir très chaud pendant le fonctionnement normal. Évitez en conséquence en particulier pour les personnes dépendantes qu'elles entrent en contact direct avec le compresseur. En cas de contacts cutanés prolongés, des brûlures peuvent survenir, en particulier sur les personnes avec une perception altérée des températures.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1 Étendue de livraison

Contrôlez si tous les composants de votre compresseur ont bien été livrés. Si un élément manque, informez immédiatement le détaillant chez qui vous avez obtenu le compresseur PARI.



(1) Compresseur

(2) Câble secteur

2.2 Affectation

Le compresseur sert à générer de l'air comprimé pour le fonctionnement d'un nébuliseur PARI.

2.3 Utilisation conforme

Le compresseur ne peut être utilisé que pour le nébuliseur PARI. Il doit fonctionner exclusivement à l'intérieur des locaux et peut être utilisé par les patients eux-mêmes.

Seuls des nébuliseurs PARI et des accessoires PARI d'origine peuvent être utilisés.

2.4 Contre-indications

Aucune contre-indication n'est connue pour PARI GmbH.

2.5 Variantes et combinaisons du produit

Il existe différentes versions du compresseur PARI BOY SX :

– PARI JuniorBOY SX (couleur du compresseur jaune)
– PARI TurboBOY SX (couleur du compresseur bleu)
– PARI BOY SX (couleur du compresseur bleu)

Le compresseur est prévu pour fonctionner avec un nébuliseur PARI.

Une notice d'utilisation individuelle est toujours fournie avec les nébuliseurs lors de leur première installation ou en cas d'achat ultérieur séparé.

2.6 Éléments fonctionnels

Le compresseur dispose des éléments fonctionnels suivants :



(3) Poignée
(4) Prise de raccord au secteur
(5) Fentes de ventilation
(6) Support pour le nébuliseur
(7) Interrupteur Marche / Arrêt
(8) Plaque signalétique (dessous de l'appareil)
(9) Tuyau de raccordement
(10) Filtre

2.7 Durée de vie

Le compresseur a une durée de vie moyenne de :
– 1 000 heures de service environ
– 5 à 6 ans au maximum

3 MISE EN SERVICE

3.1 Installation du compresseur

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en raison de court-circuit

Un court-circuit dans l'appareil peut entraîner un incendie. Pour minimiser le risque d'incendie dans un tel cas, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Ne faites pas fonctionner le compresseur à proximité d'objets facilement inflammables tels que rideaux, nappes ou papier.
- Ne faites pas fonctionner le compresseur dans des zones exposées aux explosions ou en présence de gaz inflammables (par ex. oxygène, gaz hilarant, anesthésiques inflammables).

⚠ ATTENTION

Altération de l'efficacité de la thérapie en raison de perturbations électromagnétiques

Les appareils électriques peuvent provoquer des perturbations électromagnétiques. Ils peuvent altérer le fonctionnement des appareils et nuire à la thérapie.

- Ne placez pas l'appareil PARI à proximité immédiate d'un autre appareil ou ne l'empilez pas avec d'autres appareils.
- Respectez une distance minimale de 30 cm par rapport à des appareils de communication sans fil portatifs (y compris leurs accessoires, tels que câble d'antenne ou antennes externes).

⚠ ATTENTION

Risque de blessure en trébuchant sur l'appareil ou en cas de chute de ce dernier

Un compresseur ou des raccords de câbles placés à un endroit défavorable représentent un risque de blessure.

- Posez le câble secteur de sorte à ne pas trébucher dessus, ni se prendre les pieds dedans.
- Ne placez pas le compresseur au-dessus de la tête et veillez à ce qu'il ne soit pas entraîné vers le bas en tirant sur le câble secteur ou sur le tuyau de raccordement.

REMARQUE

Risque de défaut de l'appareil suite à une chute

Si le compresseur chute, il peut être endommagé à l'intérieur comme à l'extérieur et ne peut plus être utilisé.

- Placez le compresseur sur une surface rigide, plate et sèche. Un support souple, comme un fauteuil, un lit ou une nappe, ne convient pas.

REMARQUE

Risque de défaut de l'appareil à cause de la poussière

En cas de fonctionnement dans un environnement fortement poussiéreux, de la poussière peut s'accumuler de plus en plus à l'intérieur du boîtier et entraîner un défaut de l'appareil.

- Ne faîtes pas fonctionner le compresseur posé sur le sol, placé sous le lit ou dans des ateliers.
- Le compresseur ne doit pas fonctionner dans un environnement poussiéreux.

La pièce dans laquelle le compresseur fonctionnera doit satisfaire à certaines conditions préalables [voir : Fonctionnement, page 22]. Le compresseur ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

3.2 Préparation de la thérapie

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort en raison d'une décharge électrique en cas de défaut de l'appareil

En cas de défaut de l'appareil, un contact avec des pièces conductrices de courant peut survenir, un risque de décharge électrique peut alors exister.

- Avant chaque utilisation, vérifiez l'intégrité du boîtier du compresseur, du câble secteur et du connecteur secteur.
- Utilisez le compresseur uniquement si tous les composants sont intacts.

⚠ ATTENTION

Altération de l'efficacité de la thérapie en raison de perturbations électromagnétiques

L'utilisation de produits d'autres fabricants peut entraîner l'augmentation d'émissions de perturbations électromagnétiques ou la réduction de l'immunité électromagnétique de l'appareil PARI.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine PARI.

- Montez le nébuliseur comme décrit dans la notice d'utilisation du nébuliseur.
- Branchez le tuyau de raccordement du nébuliseur PARI en le tournant légèrement dans le raccord du tuyau du compresseur.



- Enfichez le nébuliseur dans le support prévu à cet effet sur le compresseur.
- Remplissez le nébuliseur comme décrit dans la notice d'utilisation du nébuliseur.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort en raison d'une décharge électrique en cas de mains humides

Les liquides peuvent être conducteur de courant, ce qui peut entraîner une décharge électrique.

- Ne saisissez jamais le câble secteur ou le connecteur secteur avec des mains humides ou mouillées.

- Reliez le câble secteur à la prise de raccord au secteur du compresseur.
- Branchez le connecteur secteur dans une prise de courant adaptée.



3.3 Réalisation de la thérapie

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort à cause d'inversion de tuyaux

En cas de présence de plusieurs systèmes de tuyaux, il existe un danger de mort potentiel lorsque différentes possibilités de raccord sont confondues par mégarde. Ce danger est en particulier valable **pour les patients nécessitant des soins**, dépendant par exemple d'une alimentation artificielle ou de perfusions.

- Vérifiez soigneusement si le tuyau de raccordement PARI branché sur le compresseur est raccordé à l'autre extrémité au nébuliseur PARI.

⚠ ATTENTION

Altération de l'efficacité de la thérapie en raison de perturbations électromagnétiques

Si les appareils électriques sont très proches les uns des autres, leur fonctionnement peut être altéré par les émissions de perturbations électromagnétiques.

- Si l'appareil PARI doit fonctionner en étant à proximité immédiate d'un autre appareil ou empilé sur d'autres appareils, le bon fonctionnement des appareils devra être surveillé lors de l'utilisation.

REMARQUE

Risque de défaut de l'appareil à cause de surchauffe

Le compresseur nécessite une circulation libre de l'air afin de pouvoir évacuer la chaleur qui se dégage du boîtier.

- Le compresseur ne doit jamais fonctionner dans un sac.
- Ne couvrez pas le compresseur en marche.
- Veillez à ce que les fentes de ventilation ne soient pas obstruées sur le compresseur.

- Retirez le nébuliseur de son support avant le traitement.



- Mettez le compresseur en marche.

  ⚠ **AVERTISSEMENT ! Danger de mort en raison d'une décharge électrique en cas de défaut de l'appareil !** En cas de défaut de l'appareil, un contact avec des pièces conductrices de courant peut survenir, un risque de décharge électrique peut alors exister. Arrêtez immédiatement le compresseur et débranchez le bloc d'alimentation secteur de la prise en cas de suspicion de défaut (par ex. après une chute ou en cas d'odeur de plastique brûlé).



- Assurez-vous que le brouillard de médicament (aérosol) est généré avant de débuter l'inhalation.
- Exécutez l'inhalation comme décrit dans la notice d'utilisation du nébuliseur.

3.4 Fin de la thérapie

- Mettez le compresseur hors tension.
- Remettez le nébuliseur dans son support.
- Débranchez le connecteur secteur de la prise.

La coupure complète du secteur est garantie uniquement lorsque le connecteur secteur est débranché de la prise de courant.

4 MAINTENANCE

Les travaux de maintenance ne doivent être réalisés que lorsque l'appareil est éteint et que le connecteur secteur est débranché de la prise.

4.1 Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort en raison d'une décharge électrique

Les liquides peuvent être conducteur de courant, ce qui peut entraîner une décharge électrique.

- Avant chaque nettoyage, mettez le compresseur hors tension et débranchez le connecteur secteur de la prise.

REMARQUE

Risque de défaut de l'appareil si des liquides pénètrent à l'intérieur

Un défaut de l'appareil peut survenir si des liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil.

- Ne pulvérisez aucun liquide sur le compresseur ni sur le câble secteur.

- Essuyez la surface extérieure du boîtier avec un chiffon propre et humide.



Pour le nettoyage du nébuliseur, du tuyau de raccordement et des accessoires, respectez les instructions dans la notice d'utilisation correspondante.

Si du liquide a pénétré dans le compresseur, il est interdit de réutiliser l'appareil. Avant de réutiliser le compresseur, contactez obligatoirement le service technique de PARI GmbH ou le S.A.V. de PARI GmbH.

4.2 Remplacement des filtres

REMARQUE

Risque de défaut de l'appareil en raison de filtres à air non adaptés

Si des filtres à air non adaptés pour le compresseur sont utilisés, le compresseur pourrait être endommagé.

- Utilisez exclusivement des filtres à air qui sont prévus par PARI pour le fonctionnement de votre compresseur.

Le filtre du compresseur doit, dans des conditions d'utilisation normales, être remplacé au bout de 200 heures d'utilisation, ou au moins une fois par an.

Vérifiez le filtre régulièrement (après 10 inhalations). S'il est encrassé (grisâtre ou brunâtre) ou bouché, remplacez-le. Si le filtre est humide, il doit également être remplacé par un nouveau filtre.

Le filtre ne peut pas être nettoyé puis être réutilisé !

Pour remplacer le filtre, procédez de la manière suivante :

- Dévissez le support du filtre de votre compresseur en utilisant une pièce de monnaie.
- Retirez l'ancien filtre du support du filtre et insérez le nouveau filtre.



- Introduisez le support du filtre avec le nouveau filtre dans votre compresseur et revissez-le avec une pièce de monnaie.

4.3 Réparation

Toute réparation du compresseur doit être effectuée par le service technique de PARI GmbH ou un S.A.V. agréé par PARI. Lorsque le compresseur est ouvert ou manipulé par d'autres personnes, aucun droit à la garantie n'est valable. PARI GmbH n'assume dans ce cas aucune responsabilité.

4.4 Rangement

REMARQUE

Endommagement du câble secteur en raison de pli

Si le câble secteur est trop courbé ou plié, les brins à l'intérieur du câble peuvent se rompre. Le câble secteur est alors inutilisable.

- N'enroulez pas le câble secteur autour du compresseur.

- Débranchez le câble secteur du compresseur et enroulez-le.
- Pour le ranger, accrochez le câble secteur sous la poignée.



Rangez le compresseur et les accessoires en les protégeant du rayonnement solaire direct permanent.

Conservez toujours le compresseur coupé du secteur puisque les appareils électriques branchés représentent une source potentielle de dangers.

5 RECHERCHE DES PANNES

En cas de pannes non spécifiées dans ce chapitre ou lorsque la procédure proposée n'élimine pas la panne, veuillez contacter le S.A.V. de PARI GmbH.

Panne	Cause possible	Procédure
Le compresseur ne démarre pas.	Le câble secteur n'est pas correctement branché sur l'appareil.	Vérifiez que le câble secteur est bien branché sur la prise de raccord au secteur du compresseur.
	Le connecteur secteur n'est pas branché correctement dans la prise de courant.	Vérifiez que le connecteur secteur est correctement branché dans la prise.
Aucun médicament ne sort du nébuliseur.	Le gicleur du nébuliseur est obturé.	Nettoyez le nébuliseur.
	Le tuyau de raccordement n'est pas raccordé correctement.	Vérifiez que les raccords des tuyaux sont bien branchés.
	Le tuyau de raccordement n'est pas étanche.	Remplacez le tuyau de raccordement.

6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Données générales du compresseur

Tension secteur [V] Fréquence secteur [Hz] Consommation de courant [A]	Voir au verso de la jaquette
Dimensions du boîtier (L x H x P)	19,2 × 14,5 × 15 cm
Débit du compresseur[1]	env. 5,1 l/min
Niveau de pression acoustique[2]	env. 56 dBA
Pression	env. 1,6 bar
Poids	1,7 kg

6.2 Classification selon DIN EN 60601-1

Type de protection contre les décharges électriques	Classe de protection II
Degré de protection contre les décharges électriques de la pièce à utiliser (nébuliseur)	Type BF
Degré de protection contre la pénétration de l'eau selon la norme EN 60529 (degré de protection IP)	Aucune protection
Degré de protection en cas d'utilisation en présence de mélanges inflammables d'anesthésiques avec de l'air, de l'oxygène ou du gaz hilarant	Aucune protection
Mode de fonctionnement	Fonctionnement permanent

1) Par rapport à un gicleur de nébuliseur PARI (Ø 0,48 mm)

2) Niveau de pression acoustique de classe A maximal du compresseur (selon DIN EN 13544-1, section 26)

6.3 Remarques à propos de la compatibilité électromagnétique

Les appareils électriques médicaux doivent respecter certaines mesures de précaution en matière de compatibilité électromagnétique (CEM). Ils doivent être installés et mis en service exclusivement conformément aux consignes CEM.

Les dispositifs de communication HF portatifs et mobiles peuvent influencer les appareils électriques médicaux. L'utilisation d'accessoires, de convertisseurs et câbles autres que ceux indiqués (à l'exception des convertisseurs et câbles que le fabricant du dispositif électromédical vend comme pièces de rechange de composants internes) peut entraîner une augmentation des émissions ou une réduction de l'immunité de l'appareil.

L'appareil ne doit pas être placé directement à côté d'autres appareils ou être empilé. Lorsqu'il est nécessaire que l'appareil médical électrique fonctionne à côté d'autres appareils ou soit empilé, il est nécessaire de le surveiller afin de garantir un fonctionnement correct dans la disposition utilisée.

Un tableau des caractéristiques techniques relatives à la compatibilité électromagnétique (remarques CEM) sont disponibles sur demande auprès de PARI GmbH ou sur Internet, via le lien suivant :

https://www.pari.com/fileadmin/Electromagnetic-compatibility-1.pdf

6.4 Conditions ambiantes

Fonctionnement

Température ambiante	+10 °C à +30 °C
Humidité relative de l'air	30 % à 75 % (sans condensation)
Pression atmosphérique	700 hPa à 1 060 hPa

L'exploitation de l'appareil dans des dispositifs professionnels de santé préventive est limitée à la zone du lit fixe et au service de soins intensifs. Le fonctionnement de l'appareil dans des zones à fort rayonnement électrique ou magnétique (p. ex. à proximité d'un appareil IRM) est interdit.

L'appareil est prévu pour être utilisé pour les soins de santé à domicile. Il est interdit de faire fonctionner l'appareil dans les trains, les avions et les véhicules.

Transport et stockage

Température ambiante minimale (sans contrôle de l'humidité relative de l'air)	-25 °C
Température ambiante maximale (avec une humidité relative de l'air de 93 % au maximum, sans condensation)	+70 °C
Humidité de l'air	max. 93 %
Pression atmosphérique	500 hPa – 1 060 hPa

7 DIVERS

7.1 Élimination

Ce produit est soumis au champ d'application de la directive DEEE[3]. Par conséquent, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les réglementations en matière d'élimination propres à chaque pays doivent être respectées (par ex. élimination par les communes ou par les détaillants). Le recyclage des matériaux permet de réduire la consommation de matières brutes et de protéger l'environnement.

3) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

7.2 Conditions de garantie

PARI garantit à partir de la date d'achat initiale et pendant la durée de garantie spécifiée sur le certificat de garantie que votre appareil ne comporte pas de défaut matériel ni de traitement dû à la fabrication en cas d'utilisation conforme. Tout droit à la garantie est soumis à une prescription de 12 mois. La garantie accordée par PARI s'ajoute à l'obligation de garantie de votre vendeur. En cas de réclamation à propos d'un défaut vis-à-vis de votre vendeur, vos droits légaux ne sont pas restreints par la garantie ni par l'ouverture d'un cas de garantie. Le certificat de garantie revêtu du tampon du détaillant sert de preuve de garantie ou de propriété.

Que recouvre la garantie ?

Si un défaut devait survenir exceptionnellement, PARI conserve le choix de réparer, remplacer l'appareil ou procéder au remboursement du prix d'achat du produit. L'appareil peut être remplacé par un appareil identique ou un modèle au minimum équivalent. Le remplacement ou la réparation de l'appareil ne donne pas lieu à une nouvelle garantie. Tous les anciens appareils et pièces remplacés deviennent la propriété de PARI. D'autres recours sont exclus. Ceci vaut en particulier pour les demandes de dommages-intérêts. Cette exclusion de responsabilité ne s'applique pas en cas de blessure corporelle, d'atteinte à la vie ou à la santé, en cas d'intention malveillante et de grave négligence, en cas de responsabilité du fait des produits et en cas de violation des obligations essentielles découlant du contrat de garantie.

La garantie n'est pas accordée lorsque

– l'appareil n'a pas fonctionné ou n'a pas été utilisé conformément aux spécifications de la notice d'utilisation ;
– des dommages, dus aux influences extérieures telles que l'eau, le feu, la foudre, etc., existent ;
– le dommage est dû à un transport non conforme ou à une chute ;

– l'appareil a été traité ou entretenu de manière non conforme ;
– le numéro de série de l'appareil a été modifié, effacé ou rendu illisible ;
– des réparations, modifications ou adaptations ont été effectuées sur l'appareil par des personnes non autorisées par PARI.

Par ailleurs, la garantie ne couvre pas les consommables, donc les pièces de l'appareil soumises à une usure normale.

En cas de réclamation, retournez l'appareil avec toutes ses pièces à votre magasin spécialisé ou renvoyez-le à PARI dans l'emballage d'origine, dûment affranchi, en joignant le certificat de garantie muni du cachet de votre magasin spécialisé.

La « période de garantie » prend effet à partir de la date d'achat.

7.3 Signification des symboles

Les symboles suivants se trouvent sur le compresseur ou l'emballage :

	Respecter la notice d'utilisation.
SN	Numéro de série de l'appareil
	Marche / Arrêt
	Courant alternatif
	Degré de protection de l'élément utilisé : type BF
	Protéger l'appareil de l'humidité

	Appareil de la catégorie de protection II
	Température de transport et de stockage minimale et maximale
	Humidité de l'air minimale et maximale
	Pression atmosphérique minimale et maximale
	Le dispositif médical a été mis en circulation après le 13 août 2005. **Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.** Le symbole de la poubelle barrée indique la nécessité d'un tri séparé.
	Fabricant
CE 0123	Le produit satisfait aux exigences en vertu de la directive 93/42/CEE (produits médicaux) et 2011/65/EU (RoHS).

7.4 Contact

Pour obtenir des informations sur les produits de tout type, en cas de pannes ou de questions à propos du maniement, veuillez-vous adresser à notre S.A.V. :

Tél. : +49 (0) 8151-279 279 (allemand)
+49 (0) 8151-279 220 (international)

PARI BOY SX
PARI JuniorBOY SX
PARI TurboBOY SX

Typ 085

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nous accordons une garantie de 4 ans pour cet appareil. La période de garantie prend effet à partir de la date d'achat.



N° appareil :

Bar code label

Preuve d'achat :
Nous avons vendu l'appareil portant le numéro d'appareil ci-dessus avec un emballage d'origine.

Date d'achat

Tampon et signature du détaillant

©2017 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 085D3007-B 08/17

PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3
82319 Starnberg • GERMANY
info@pari.de • www.pari.com